

10% FeCl₃ 试剂(苯丙氨酸试剂)使用说明书

【货号】 P-81

【用途】 用于苯丙氨酸脱氨酶试验, 与 M015 配套使用。

【规格】 10mL/支

【成分】

FeCl₃

【用法】

把待测菌株按适当浓度接入 M015 苯丙氨酸中, 36°C 培养 24h 后, 滴加 P-81 (10% FeCl₃) 试剂 4-5 滴, 在两分钟内观察结果。

【质量控制】

质控菌株	评定标准 (生化特性)	检测结果
普通变形杆菌 ATCC 33420	阳性: 呈绿色	阳性: 呈绿色
大肠埃希氏菌 ATCC25922	阴性: 呈黄色	阴性: 呈黄色

【保存】

2°C-8°C 避光保存两年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>,

在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。